



Signatár EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

vydává

v súlade s § 16 zákona č. 22/1997 Zb., o technických požiadavkách na výrobky, v znení neskorších predpisov

OSVEDČENIE O AKREDITÁCII

č. 65/2024

M & B Calibr, spol. s r.o.
so sídlom Krumlovská 1454/26, 664 91 Ivančice, IČO 43389783

pre skúšobné laboratórium č. 1746
Skúšobné laboratórium

Rozsah udelenej akreditácie:

Meranie tvarov, rozmerov, štruktúry/drsnosti povrchu a momentu sily, skúšanie tvrdosti, skúšky ťahom/tlakom a vplyvu prostredia (teploty a vlhkosti) na priemyselných vzorcoch a výrobkoch vymedzené prílohou tohto osvedčenia.

Toto osvedčenie je dokladom o udelení akreditácie na základe posúdenia splnenia akreditačných požiadaviek podľa

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posudzovania zhody je pri svojej činnosti oprávnený odkazovať sa na toto osvedčenie v rozsahu udelenej akreditácie počas jej platnosti, ak nebude akreditácia pozastavená, a je povinný plniť stanovené akreditačné požiadavky v súlade s príslušnými predpismi vzťahujúcimi sa na činnosť akreditovaného subjektu posudzovania zhody.

Toto osvedčenie o akreditácii nahradzuje v plnom rozsahu osvedčenie č.: 22/2024 zo dňa 22. 1. 2024, poprípade správne akty na ne nadväzujúce.

Udelenie akreditácie je platné do **11. 7. 2027**

V Prahe dňa 14. 2. 2024



Ing. Jan Velíšek
Riaditeľ odboru skúšobných a kalibračných
laboratórií
Českého inštitútu pre akreditáciu, o.p.s.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou**osvedčenia o akreditácii č.: 65/2024 zo dňa: 14. 2. 2024****Akreditovaný subjekt podľa ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:**

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt číslo 1746, Skúšobné laboratórium
Krumlovská 1454/26, 664 91 Ivančice

Skúšky:

Poradové číslo ¹	Presný názov skúšobného postupu/metódy	Identifikácia skúšobného postupu/metódy ²	Predmet skúšky	Stupne voľnosti ³
1	Meranie tvarov, rozmerov a dĺžky na 3D SMS	ZP – 01 (ČSN EN ISO 5459; ČSN EN ISO 1101; ČSN EN ISO 286-1)	Priemyselné vzorky a výrobky	-
2	Meranie tvarov, rozmerov a dĺžky na mikroskope	ZP – 02 (ČSN EN ISO 5459; ČSN EN ISO 1101; ČSN EN ISO 286-1; MPM 1.1.2/03/17)	Priemyselné vzorky a výrobky	-
3	Meranie na kontúromeri	ZP – 03 (ČSN EN ISO 5459; ČSN EN ISO 1101; ČSN EN ISO 286-1)	Priemyselné vzorky a výrobky	-
4	Meranie dĺžkových rozmerov dĺžkomerom, hĺbkomerom, pasametrom, posuvným a mikrometrickým meradlom	ZP – 04 (ČSN EN ISO 286-1; MPM 1.1.1/01/17; MPM 1.1.2/01/16)	Priemyselné vzorky a výrobky	-
5	Meranie dĺžkových rozmerov na lineárnom výškomeri	ZP – 05 (ČSN EN ISO 286-1)	Priemyselné vzorky a výrobky	-
6	Meranie štruktúry /drsnosti povrchu	ZP – 06 (ČSN EN ISO 4288:1999; MPM 1.1.8/01/18)	Priemyselné vzorky a výrobky	-
7	Skúška tvrdosti HRA, HRB, HRC	ZP – 07 (ČSN EN ISO 6508-1; MPM 2.3.2/01/18)	Priemyselné vzorky a výrobky	-
8	Skúška tvrdosti Shore A, D	ZP – 11 (ČSN EN ISO 868; ČSN ISO 7619-1:2006)	Priemyselné vzorky a výrobky	-
9	Skúška ťahom/tlakom (do 30 kN)	ZP – 08 (ČSN EN ISO 4136; ČSN EN ISO 6892-1; MPM 2.4.1/02/18)	Priemyselné vzorky a výrobky	-
10	Skúška vplyvu prostredia – teplota a vlhkosť	ZP – 09 (ČSN EN 60068-2-38)	Priemyselné vzorky a výrobky	-
11	Meranie momentu sily	ZP – 10 (ČSN EN ISO 6789-1)	Priemyselné vzorky a výrobky	-

Akreditovaný subjekt podľa ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
objekt číslo 1746, Skúšobné laboratórium
Krumlovská 1454/26, 664 91 Ivančice

- ¹ v prípade, že laboratórium je schopné vykonávať skúšky mimo svojich stálych priestorov, sú tieto skúšky pri poradovom čísle označené hviezdíčkou
- ² v prípade datovaných dokumentov identifikujúcich skúšobné postupy sa používajú iba tieto konkrétne postupy, pri nedatovaných dokumentoch identifikujúcich skúšobné postupy sa používa najnovšie platné vydanie uvedeného postupu (vrátane všetkých zmien)
- ³ laboratórium neuplatňuje flexibilný prístup k rozsahu akreditácie

Vysvetlivky:

MPM	metodický pokyn merania
ZP	skúšobný postup

